

09/07/2020



Licitação FMSP <licitacaofmsp@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento. PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 023/20

8 de julho de 2020 15:00

Para: licitacaofmsp@gmail.com

Prezados, boa tarde!

Interessada em participar do certame em tela, requer seja esclarecido o quanto segue:

Considerando que o descritivo solicita a entrega de "pipeta para coleta de sangue", solicitamos esclarecimento em relação ao uso pretendido deste produto.

Caso seja para testagem ampliada em pacientes em unidades básicas de saúde e população em geral, é muito importante que a Instrução de Uso do produto deixe bem claro que o sangue total inclua tanto o acesso venoso como o de capilar de ponta de dedo, inclusive orientando formalmente na Instrução de Uso como se executa esta coleta.

Esta cautela se dá à medida que, para o registro do produto na Anvisa para utilização em amostra de capilar de ponta de dedo é necessário apresentar estudos de correlação de amostras incluindo este tipo de matriz (capilar).

Isto se justifica tecnicamente, uma vez que os volumes muito reduzidos utilizados em testes rápidos precisa confirmar a reprodutibilidade de resultados obtidos com amostras de volumes maiores, como os que ocorrem para obtenção de soro, plasma ou sangue total por acesso venoso.

No aguardo das considerações dessa respeitável municipalidade.

Cordialmente,