

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**  
**Secretaria de Administração e de Recursos Humanos.**  
**DELCA**  
**Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos.**

**Nº DE FLS.: 01 (INCLUINDO ESTA)**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021:**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA TERAPIA DE SUPORTE RESPIRATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES EXTERNOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES/SMSP, conforme descrito no Anexo I integrante deste Edital.**

**PERGUNTA FORMULADA POR UMA EMPRESA LICITANTE:**

- 1) Notamos que o item 01 – Bipap, tem na sua descrição: “capacidade de água até 250 ml”. Gostaríamos de saber se equipamentos com capacidade superior poderão participar do ato licitatório sem desclassificação

**RESPOSTA ELABORADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE:**

Em resposta ao questionamento quanto à capacidade de água do equipamento BIPAP, informo que sim, poderá ser maior que 250ml sem desclassificação.

**ATENCIOSAMENTE,**

**ANA LÚCIA DE CARVALHO DIAS**  
**CHEFE DA DILIC SAÚDE**