



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



VIA DILIC

Memorando nº: 085/2024

Destino: DELCA / DILIC

Origem: Núcleo de Assistência Farmacêutica

Petrópolis, 13 de Março de 2024

Assunto: Avaliação de amostra PE 315/22 – Processo 56432/2023

Encaminhamos resposta sobre as amostras recebidas, pertencentes ao Processo 56432/23 – PE 315/22 enviados pela DILIC/DELCA, recebidos no NAF da empresa Max Pharma, conforme informado em Recurso, referentes às Tiras e Aparelho para medição de glicemia compatível;

O Registro do modelo descrito na Proposta é de número 80275310027 – MS/ANVISA - *Glicosímetro G Tech Free 1* - , e conforme documentos anexos **NÃO** correspondem ao item enviado na amostra, o item proposto **NÃO** corresponde aquele enviado para amostra e análise técnica - *Glicosímetro G Tech Vita*, Registro MS: 90102512238.

A solicitação de amostras e seus respectivos Registros na ANVISA/MS estão descritos no item 12, do Termo de Referência deste certame.

Atenciosamente,

Débora Fontes Correia
Chefe NAF SMS
CPF: 03.109.911-11 - Mat. 7447

Débora Fontes Correia
Chefe do Núcleo de Assistência Farmacêutica
Matrícula 7447




18:00

Rua Quissamã, 1931 Galpão 6B – Quissamã– Petrópolis RJ – CEP: 25615-531

Tel: (24)2221 3470/2221 6595

E-mail: nafpetropolis@gmail.com





Nucleo de Assistência Farmacêutica Farmaceutica <nafpetropolis@gmail.com>

proposta Max Pharma - PE 315/23

Nucleo de Assistência Farmacêutica Farmaceutica <nafpetropolis@gmail.com>

7 de fevereiro de 2024 às
14:47

Para: Raquel Coelho <raquelsaudepetropolis@gmail.com>


Boa tarde, o registro do modelo descrito na Proposta é de número 80275310027, e conforme documentos anexos **NÃO** correspondem ao item enviado na amostra, o item proposto NÃO corresponde aquele enviado para amostra e análise técnica - Glicosímetro G Tech Vita, Registro MS: 90102512238.


Grata,

Debora

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 IM_Tiras Free 1_REV14_201022.PDF
604K

 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.pdf
69K

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Resultado da Consulta

Produto	Registro	Situação
Empresa: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.105.362/0001-23		
<input type="checkbox"/> TIRAS REAGENTES G-TECH FREE 1	80275310027	Publicado deferimento

[Voltar](#)

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	06.105.362/0001-23	Autorização	8.02.753-1
Produto	TIRAS REAGENTES G-TECH FREE 1		

Apresentação/Modelo

Caixa contendo 10 tiras: 1 Frasco com 10 tiras e 01 manual de instruções
Caixa contendo 25 tiras: 1 Frasco com 25 tiras e 01 manual de instruções
Caixa contendo 20 tiras: 2 Frascos com 10 tiras e 01 manual de instruções
Caixa contendo 35 tiras: 1 Frasco com 25 tiras, 1 Frasco com 10 tiras e 01 manual de instruções
Caixa contendo 50 tiras: 1 Frasco com 50 tiras e 01 manual de instruções
Caixa contendo 60 tiras: 1 Frasco com 50 tiras, 1 Frasco com 10 tiras e 01 manual de instruções
Caixa contendo 75 tiras: 1 Frasco com 50 tiras, 1 Frasco com 25 tiras e 01 manual de instruções
Caixa contendo 125 tiras: 02 Frascos com 50 tiras, 1 Frasco com 25 tiras e 01 manual de instruções
Caixa contendo 150 tiras: 03 Frascos com 50 tiras e 01 manual de instruções
Caixa contendo 100 tiras: 02 Frascos com 50 tiras e 01 manual de instruções

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IM_Tiras Free 1_REV14_201022.pdf	0480520/23-2 - 12/05/2023 - 09:26

Nome Técnico	AUTOTESTE PARA GLICOSE
Registro	80275310027
Processo	25351.095117/2010-48
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SD BIOSENSOR, INC. - CORÉIA DO SUL